GARANTIE

Ce produit est **garantie 2 ans** à partir de la date d'achat, dans les conditions normales d'utilisation, et en respectant le manuel d'utilisation sans modifier ni manipuler aucun de ses composants. Si vous détectez un défaut du produit, vous devrez vous mettre en contact avec votre distributeur qui vous l'a vendu, en présentant la facture ou le justificatif d'achat, pour que celui-ci puisse réaliser 1 inspection et s'il estime opportun (toujours en accord avec le fabricant)il décidera d'une réparation ou d'une substitution. (En accord avec les particularités indiquées dans la garantie.

DIMENSIONS	10 2001002
Poids déambulateur	5.5 kg
Largueur maximum	70 cm
Longueur maximum	54 cm
Hauteur min/max	92/102 cm
Diamètre de rotation min	84 cm
Taille déambulateur	6
Hauteur max utilisateur	205 cm
Poids max utilisateur	150 kg

SERVICE APRÈS-VENTE
sat@virmedic.com

Virmedic fabrique et distribue d'autres types d'aide technique pour les personnes handicapées. Vous pourrez obtenir de plus amples informations chez votre fournisseur habituel ou dans les magasins spécialisés du secteur.

Virmedic
LICENCIA SANITARIA Nº 5191 P.S.
Fabricación y Distribución de Material Médico, Ortopedia y Ayudas Técnicas

Cl Perellonet 1
E 46909 TORRENT (Valencia)
Tel 961 565 521
Fax 961 560 383
www.virmedic.com

Rev: 01

DÉAMBULATEUR XXL

Mode d'emploi et garantie

Virmedic

Les déambulateurs fabriqués par Virmedic sont à la fois légers et robustes et sont conformes à la norme européenne en vigueur (prEN 11199-2) comme l'indique son marquage CE. Ce produit est conforme à la directive européenne des produits sanitaires 93/42/CEE.

MANUEL D'UTILISATION

DÉPLIAGE

Pour déplier le déambulateur faire tourner les bras latéraux vers l'extérieur jusqu'à ce que l'ergot d'un des deux tubes télescopiques horizontaux s'ajuste dans l'orifice dont dispose l'autre tube télescopique.

PLIAGE

Pour plier le déambulateur, appuyer sur l'ergot des tubes télescopiques supérieures puis faire tourner les bras latéraux vers l'intérieur.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Pour régler la hauteur de la poignée au sol vous devrez appuyer sur chaque ergot situé à chaque extrémité des bras latéraux, en déplaçant la patte ou pied d'appui vers le haut pour obtenir la hauteur désirée. Vous devrez vérifier que la position de l'ergot est la même sur les deux pieds.

UTILISATION

Le déambuateur devra être soulevé doucement, en l'avançant et une fois sur le sol faire un pas en s'appuyant sur celui-ci. Cet adaptateur peut s'utiliser en intérieur comme en extérieur.
L'adaptation au déambulateur devra se réaliser à l'aide d'un spécialiste.

NETTOYAGE ET CONSERVATION

Pour le nettoyage du déambulateur, utiliser un chiffon humidifié avec un produit destiné au nettoyage des meubles qui ne contient pas de solvants qui pourraient endommager son revêtement.
Les poignées devront être nettoyées de façon régulière.
Vérifier l'usure des bouchons de caoutchouc en les remplaçant si nécessaire.

ELIMINATION

Le déambulateur est composé de tube en acier (las bras latéraux, poutres de renfort, pont et tubes télescopiques supérieures) donc lorsque le moment de s'en débarrasser sera venu vous devrez suivre les conditions de recyclage ou les recommandations locales de recyclage.